



$$\delta_L = \frac{L_i - L_n}{L_n} \times 100\%$$

L_i —— 受检仪器度盘指示值

标准电感量实际值

[illegible]

进行修正。

[illegible]

检定证书或检定结果通知书。

[illegible]

应发给检定证书。

[illegible]

经核验员校核无误后，由负责

[illegible]

检定周期一般为一年。

附录 F

原油电感量及其测试方法

以性电感量及它的应用

(GB 10)

1550

0.01

1.500

10

10

505

555

100

100

155

110

10

10

10

10

100

100


位 定 条 件
交流供电电压
V




0.01
0.1
10
100
100
1000
1
1mH
10
10
100

附录 3

[illegible]

[illegible]

计量器具名称

制造厂

出厂编号

[illegible]

检验结果

实验室主任

核验员

检定员

检定日期 年 月 日

附录6 附录7